

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВЕНТА. ЛТД”**

49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3А
Тел./факс. (056) 370-35-00

від 13.05.2021р.

м. Дніпро

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВІДКЛИК**

Повідомляємо, що ТОВ «Вента. ЛТД» здійснює відкликання з мережі оптової та роздрібної реалізації наступні вироби медичного призначення, згідно з

Рішенням виробника :

Найменування	Форма випуску	Серія	Виробник	Причина
Вартнер Кріо	пристрій д/видалення бородавок 50мл	00004723	Омега Фарма Інтернешнл НВ, Бельгія; субконтрактний виробник: Фармаспр ей Б.В., Нідерланди	Відклик постачальника, помилка у маркуванні

Невідкладно перевірити наявність зазначеного виробу медичного призначення

При виявленні – вилучити з реалізації та **повернути** на аптечний склад ТОВ «Вента. ЛТД» (лише цілі упаковки, без цінників та тільки товарного вигляду)

до **27.05.2021** р. для повернення постачальнику.

Після зазначеної дати повернення прийматися не будуть.

Провізор, УО АСН№1 ТОВ «Вента.ЛТД»



Ткачова І.О