

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВЕНТА. ЛТД”**

49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3А
Тел./факс. (056) 370-35-00

від 28.05.2021р.

м. Дніпро

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВІДКЛИК**

Повідомляємо, що ТОВ «Вента. ЛТД» здійснює відкликання з мережі оптової та роздрібною реалізації наступні вироби медичного призначення, згідно з **Рішенням виробника :**


| Найменування | Форма випуску | Серія | Виробник | Причина |
|---|---------------|----------------|---|--|
| Канюля в/в BD Venflon Pro Safety | 22G 0.9x25мм | 0275227 | Бектон Дікінсон Інфьюсіон Терапі АБ, Швеція | Відклик постачальника, зміна розміру ін'єкційного порту канюлі |

Невідкладно перевірити наявність зазначеного виробу медичного призначення

При виявленні – вилучити з реалізації та **повернути** на аптечний склад ТОВ «Вента. ЛТД» до **11.06.2021 р.** для повернення постачальнику.

Після зазначеної дати повернення прийматися не будуть.

Провізор, УО АС№1 ТОВ «Вента.ЛТД»


Ткачова І.О